

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі: Інфрачервоний стерилізатор, за кодом ДК 021:2015 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2024-05-28-010411-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 36820,00 грн., очікувальна вартість предмета закупівлі визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Кількість товару – 4 шт. Строк поставки Товару - до 01.10.2024 року.

Модель Інфрачервоного стерилізатора	DS-900	DS-900S
Живлення	220В; 150 Вт	220В; 240 Вт
Максимальна температура всередині камери	825°C ± 50°C	
Постійна температура в режимі очікування	два температурні режими 400 °C і 850°C	
Максимальний діаметр стер камери	Ω 14 мм	Ω 35мм
Довжина стерилізатора	150 мм	100 мм
Час нагрівання	10 хв	
Робочі умови	5 ~ 40°C	
Відносна вологість	≤90%	
Габаритні розміри	175x130x185мм	147x130x200 мм
Вага	1.3кг	1.4 кг
Призначення	Інфрачервоний стерилізатор призначений для високотемпературної стерилізації та дезінфекції дрібних предметів, таких як інокуляційна петля, інокульовані голки.	

Уповноважена особа



Ольга КАРПЕНКО