

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі: Ваги лабораторні, за кодом ДК 021:2015: 38310000-
1 Високоточні терези

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2024-
10-22-007742-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
очікувальна вартість закупівлі 503 190,00 грн., визначена на підставі комерційних
пропозицій потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі
у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Кількість товару – 46 шт., строк поставки товару до 15.12.2024 року.

<p>Лабораторні ваги ТВЕ-0,21-0,001-а-2 – 17 шт Зважування у грамах та каратах; Компенсація маси тари; Автоматичне тестування та обнулення; Автоматичне вимикання дисплею відповідно до заданого часу; Вбудований акумулятор; Контроль + відносно встановленої маси зразка; Наявність роз'єма RS 232; Рідкокристалічний (LSD) індикатор з підсвіткою; Час стабілізації показів – не більше 3 сек; Робоча температура від +15 до +30 °С; Найбільша границя зважування — 210 г; Найменша границя зважування — 0,02 г; Дискретність — 0,001 г; Діаметр платформи 120 мм; Внутрішнє градування; Відповідності вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів — з вагами видається Декларація відповідності. Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 – не нижче II; Гарантія- не менше 24 місяців.</p>	<p>Лабораторні ваги ТВЕ-0,6-0,01-а-2 – 29 шт Зважування у грамах та каратах; Компенсація маси тари; Автоматичне тестування та обнулення; Автоматичне вимикання дисплею відповідно до заданого часу; Вбудований акумулятор; Контроль + відносно встановленої маси зразка; Наявність роз'єма RS 232; Рідкокристалічний (LSD) індикатор з підсвіткою; Час стабілізації показів – не більше 3 сек; Робоча температура від +15 до +30 °С; Найбільша границя зважування — 600 г; Найменша границя зважування — 0,5 г; Дискретність — 0,01 г; Діаметр платформи 120 мм; Внутрішнє градування; Відповідності вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів — з вагами видається Декларація відповідності. Клас точності згідно з ДСТУ EN 45501 – не нижче II; Гарантія- не менше 24 місяців.</p>
--	--

Уповноважена особа



Ольга КАРПЕНКО