

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Назва предмета закупівлі: Набір для визначення антитіл типу IgM до хантавірусу методом непрямой імунофлюоресценції та набір для імунофлюоресценції, за ДК 021:2015 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2026-08-07-005334-a.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 73741,00 грн. без ПДВ, очікувальна вартість предмета закупівлі визначена на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Кількість товару визначена з урахуванням реальних потреб установи. Строк поставки Товару - до 01.12.2026 року.

№	Найменування	Код НК 024:2023	Код НК 031:2024	Медико технічні вимоги	Од. виміру	К кі
1	Набір для визначення антитіл типу IgM до хантавірусу методом непрямой імунофлюоресценції, 50 визначень	49969 Hantavirus, імуноглобулін M (IgM), антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імунофлюорес центний аналіз	W0105040614 ХАНТАВІРУС / БУНЬЯВІРУС	Набір призначений для визначення антитіл людини класу імуноглобулінів IgM до хантавірусу методом непрямой імунофлюоресценції. Набір повинен містити мозаїку антигенів основних клінічно значущих серотипів хантавірусів, включаючи (але не обмежуючись) Puumala, Dobrava та Hantaan, Seoul, Saaremaa, неінфіковані клітини). Тип зразка: сироватка або плазма крові людини. Оцінка результатів - візуалізація за допомогою люмінесцентного мікроскопа. Склад набору: розрахований на 50 визначень. Субстрат - клітини, інфіковані вірусом, зафіксовані на скляних слайдах (10 слайдів). Чутливість сумарна: не менше 96%. Специфічність сумарна: не менше 99%. Наявність усіх необхідних компонентів для проведення	набір	

				аналізу.		
2	Набір для імунофлюоресценції (рідкий RF абсорбент), 5 фл х 4.5 мл	49981 Hantavirus, імуноглобулін G (IgG), антитіла IVD (діагностика in vitro), реагент	W0105040614 ХАНТАВІРУС / БУНЬЯВІРУС	Адсорбент призначений для видалення імуноглобулінів класу IgG з матеріалу проби при дослідженні зразків на наявність специфічних антитіл класу IgM. Повинен бути 10х концентратом та являти собою антитіла до IgG людини в буферному розчині. Формат: 5 фл х 4.5 мл	набір	1

Уповноважена особа



Ольга КАРПЕНКО