

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА  
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного  
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне  
використання державних коштів» (зі змінами))

**Назва предмета закупівлі:** Тест-система імуноферментна для виявлення IgM антитіл до  
вірусу кору, за кодом ДК 021:2015 33120000-7 - Системи реєстрації медичної інформації  
та дослідне обладнання.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями, UA-2025-  
08-11-002667-a.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**  
7885,00 грн., очікувальна вартість предмета закупівлі визначена на підставі комерційних  
пропозицій від потенційних постачальників та аналізу інформації про ціни предмета  
закупівлі у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Кількість товару визначена з урахуванням реальних потреб установи. Строк поставки  
Товару - до 31.10.2025 року.

| № з/п | Найменування товару                                                                | Медико-технічні вимоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Код НК 024:2023                                                                                                      | Кількість |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.    | Тест-система імуноферментна для виявлення IgM антитіл до вірусу кору, 96 визначень | Тест-система призначена для якісного та напівкількісного виявлення IgM антитіл до вірусу кору у сироватці та плазмі крові людини методом імуноферментного аналізу (ІФА). Чутливість та специфічність на стандартних панелях Чутливість та специфічність тест-системи DIA®-Kip-IgM при тестуванні стандартних панелей сироваток складає 100%:<br>Фасування: 96 визначень / набір<br>Типи зразків: сироватка, плазма крові, в тому числі отриманих за допомогою антикоагулянту (К2ЕДТА, К3ЕДТА, цитрат натрію тощо) або активатору згортання крові (в комплексі з розділюючим гелем або без нього).<br>Склад:<br>Імуносорбент<br>Стриповий 96-лунковий планшет в вакуумованому пакеті з ламінованого алюмінію з замком Ziploc в лунках якого сорбовані моноклональні антитіла до IgM людини. Готовий до використання- 1 шт.<br>Концентрат кон'югату (11х) -1х1,5 мл<br>Позитивний контроль. Готовий до використання 1*2 мл<br>Негативний контроль. Готовий до використання 1*2мл<br>Калібратор. Готовий до використання 1*2мл<br>Концентрат розчину для промивання (26х) 1*80 мл<br>Розчин для попереднього розведення зразків. Готовий до використання 1*10 мл<br>Розчин для розведення зразків. Готовий до використання | набір          | 49280<br>Вірус кору, імуноглобулін М (IgM), антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | 1         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>1*14 мл</p> <p>Розчин для розведення кон'югату. Готовий до використання 1*15мл</p> <p>ТМБ-субстрат. Готовий до використання 1×12мл</p> <p>Стоп-реагент. Готовий до використання 1*14 мл</p> <p>Клейка плівка 3 шт.</p> <p>Інструкція з використання 1 шт.</p> <p>Чинна декларація про відповідність, інструкції, паспорта якості надається у складі пропозиції державною мовою.</p> <p>Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою.</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Уповноважена особа



Ольга КАРПЕНКО